


Avance solo wondverband

Standaard chirurgische sutuur

Werking

Dit verband wordt na de operatie aangebracht op de chirurgische sutuur. Het biedt een voortdurende negatieve druk (-125 mmHg), vandaar de aanwezigheid van een pompje. Overtollig vocht wordt van het verband naar de opvangbeker gevoerd. Dit systeem heeft als doel om het risico op postoperatieve wondinfecties te verminderen. Het wordt aangebracht bij risicopatiënten (bv. obesitas, revisie,...) en zal dus niet bij elke patiënt gezien worden.



Aandachtspunten

Het verband mag 7 dagen ter plaatse blijven. Op die manier zijn er minder verbandwissels nodig en kan de wondheling rustig plaatsvinden. Het systeem werkt door middel van batterijen. Normaal gaan deze 7 dagen mee, tenzij het veel moeite moet leveren. Er wordt een extra paar batterijen door de firma voorzien, dit wordt normaliter meegegeven met de patiënt. De patiënt mag douchen met het verband, maar het pompje mag niet in contact komen met water. Er wordt een folder meegegeven met de patiënt voor extra info, onder andere over het douchen en mogelijke alarmen.

Opvolgen en verwijderen van het verband gebeurt normaal gezien door de thuisverpleegkundige. Tenzij er andere orders werden voorzien vanuit het ziekenhuis (bv. consultatie bij verantwoordelijke arts in het ziekenhuis). Voor verwijdering van het verband moet het pompje eerst afgelegd worden door even op de

groene knop te drukken. Nadien kan het verwijderd worden zoals een ander postoperatief verband. Tot slot wordt de normale wondzorg verdergezet volgens de noden van de patiënt en de sutuur.

Bijkomende informatie

Hierbij een verwijzing naar de website van het product:

<https://www.molnlycke.be/producten-oplossingen/avance-solo/>

Wanneer dient u vroeger contact op te nemen?

- Indien de pomp blijvend alarm geeft en uw vroedvrouw dit niet kan oplossen
- Indien de opvangbeker gevuld is met bloed
- Indien de patiënt infectie tekenen vertoont

Bij vragen of bemerkingen mag u steeds contact opnemen met het wondzorgteam in az groeninge (tijdens de kantoor uren). Buitende kantoor uren kan u contact op nemen met de afdeling materniteit:

Wondzorgteam

056/63 31 66

056/63 31 67

056/63 31 35